

АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
БАСҚАРМАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

020000 Көкшетау қаласы, Сәтпаев көшесі 1, тел 255187
т/ф 402773 E-mail: Oblzdrav@kokshetau.online.kz

АКИМАТ АҚМОЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АҚМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

020000, г.Кокшетау, ул.Сатпаева,1, тел. 255187
т/ф 402773 E-mail: Oblzdrav@kokshetau.online.kz

№ 1012-37
от 06.03.2012

Всем потенциальным поставщикам

1) Чем обусловлена разница в 3 000 000 тенге с разными выделенными суммами для закупа, но с одинаковыми заявленными техническими требованиями закупаемого аппарата по лотам № 5 и № 11?

Бюджет Управления здравоохранения Ақмолинской области был утвержден решением маслихата в декабре 2011 года.

В соответствии с Протокольным решением Управления здравоохранения Ақмолинской области был утвержден перечень закупаемой медицинской техники, оборудования и изделий медицинского назначения на 2012 год.

2) В связи с чем, наименования лотов в Приложении № 1 противоречит Приложению № 2 к Тендерной документации?

В Приложении № 2 к Тендерной документации была указана краткая аббревиатура медицинского оборудования, а более подробная характеристика указана в графе 3 Приложения № 2 технической спецификации.

В связи с чем, противоречия между приложениями отсутствуют.

3) Какова диагональ дисплея, указанного в Приложении № 2 к Тендерной документации по лоту № 12 «Аппарат наркозно - дыхательный для детей» - 8 или 12,7 дюймов?

В соответствии с приложением № 2 к Тендерной документации по лоту: № 12 «Аппарат наркозно - дыхательный для детей» диагональ дисплея должен быть не менее 12,7 см., экран: цветной, плоский, TFT, 8".

В порядке информации, сообщаем, что в тендерной документации указаны технические характеристики, имеющие существенные значения для Заказчиков.

Для клинического наблюдения за пациентом с применением систем постоянного мониторинга ЧСС и ЭКГ требуется выведения информации на дисплей. В тендерной документации указан «Управляющий и мониторирующий экран цветной, сенсорный, размером не менее 15 дюймов по диагонали. Управляющие и мониторные обозначения на экране на русском языке».

В тоже время сообщаем, что в соответствии предлагаемым требованиям тендерной документации, технические характеристики медицинской техники и оборудования, предлагаемые потенциальными поставщиками, будут оценивать тендерная комиссия и экспертная комиссия.

Начальник



К. Ташметов